

Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN 347-095-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 500 g, Edelstahl feingedreht

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## MERKMALE

- zum Aufstecken von Schlitzgewichten
- Die Trägerstange ist im Bereich des Hakens verjüngt, sodass Schlitzgewichte mühelos ein- und ausgehängt werden können. Während der Nutzung bleiben die Gewichte sicher an ihrem Platz und sind gegen unbeabsichtigtes Herausfallen geschützt.
- Eigengewicht Trägerstange 500 g
- Maximale Belastung 20 kg (versteht sich exklusive des Eigengewichtes der Trägerstange, d. h. das maximal mögliche Gesamtgewicht errechnet sich aus „Maximale Belastung“ + „Eigengewicht Trägerstange“)
- Größtes Schlitzgewicht 10 kg

## BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Kompatibel mit allen Schlitzgewichten/Trägerstangen vom Typ A

## PIKTOGRAMME

Standard

Option



## ZUBEHÖR

| Modell  | Beschreibung                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 347-015 | Prüfgewicht 347-015 (OIML-Klasse M1, Nennwert 1 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)   |
| 347-025 | Prüfgewicht 347-025 (OIML-Klasse M1, Nennwert 2 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)   |
| 347-035 | Prüfgewicht 347-035 (OIML-Klasse M1, Nennwert 5 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)   |
| 347-045 | Prüfgewicht 347-045 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)  |
| 347-055 | Prüfgewicht 347-055 (OIML-Klasse M1, Nennwert 20 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)  |
| 347-065 | Prüfgewicht 347-065 (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)  |
| 347-075 | Prüfgewicht 347-075 (OIML-Klasse M1, Nennwert 100 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht) |
| 347-085 | Prüfgewicht 347-085 (OIML-Klasse M1, Nennwert 200 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht) |
| 347-095 | Prüfgewicht 347-095 (OIML-Klasse M1, Nennwert 500 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht) |
| 347-115 | Prüfgewicht 347-115 (OIML-Klasse M1, Nennwert 1 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)  |
| 347-125 | Prüfgewicht 347-125 (OIML-Klasse M1, Nennwert 2 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)  |
| 347-135 | Prüfgewicht 347-135 (OIML-Klasse M1, Nennwert 5 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)  |
| 347-145 | Prüfgewicht 347-145 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht) |

| Modell      | Beschreibung                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 347-515-400 | Kunststoff-Gewichtsetui 347-515-400 (für Nennwerte 500 g - 1 kg   für Klassen M1 - M3   für Bauform Knopf/Kompakt) |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350           |
| 920-351  | Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351 |
| 962-639  | DAkkS-Kalibrierschein 962-639                                               |
| 962-639R | DAkkS-Rekalibrierung 962-639R                                               |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage